

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕС"(ООО
"ВЕС)**

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

21.07.2025/000527

Дата калибровки «21» июля 2025 г.

Средство измерений Весы электронные ST-ACS-40-2

наименование, тип, модификация средства измерений (при необходимости состояние СИ)

заводской (серийный) номер 296284

в составе _____

принадлежность средства измерений МБДОУ Д/с «Солнышко» с. Мельничное
Белогорского района Республики Крым

наименование и адрес владельца

место проведения калибровки _____

калибровано до 40 кг

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых калибровано средство измерений

калибровано в соответствии с ГОСТ R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия

Часть 1. Метрологические и технические требования».

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена калибровка

с применением эталонов: Гири образцовые 4-го разряда ГО-20 № 1-5, ГО-4-500 № 1-12

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд,

Набор гирь (1 мг - 5 кг) № 36525129

класс или погрешность эталонов, применяемых при калибровке

наименование, тип, заводской номер,

класс или погрешность средств измерений, применяемых при калибровке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха

перечень влияющих факторов,

+ 24 °С ,относительная влажность воздуха 78 %

Калибровочное клеймо



Директор

Должность руководителя
подразделения или другого
уполномоченного лица

подпись

Уваров Б.А.

фамилия, инициалы

Начальник лаборатории

должность специалиста

подпись

Ковалев С.А.

фамилия, инициалы

Метрологические характеристики

НмПВ, кг	НПВ, кг	Погрешность, кг
0,1	40	0,005

Начальник лаборатории

должность специалиста

подпись

Ковалев С.А.

фамилия, инициалы



**Общество с ограниченной ответственностью
«КП «Агропромэнерго»**

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.

Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г. Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151

АТТЕСТАТ № 5358

Действителен до: 17.07.2026г.

Дата выдачи: 17.07.2025г.

Удостоверяется, что Плита электрическая «ЭПК-4МШ»
(наименование и обозначение испытательного оборудования)

№ИН 1013600014, 2012 года выпуска
(заводской или инвентарный номер)

Принадлежащий МБДОУ Д/С «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым, ИНН 9109007924
(наименование предприятия (организации), подразделения, ИНН)

по результатам первичной (периодической, внеочередной) аттестации, протокол № 5358 от 17.07.2025г.

Признано пригодным для использования

в части создания и поддержания температуры рабочего стола плиты от +70 °С до +480 °С, и в рабочем объеме камеры жарочного шкафа плиты в диапазоне температур от +150 °С до +320 °С при приготовлении пищевых продуктов и кулинарных изделий.

В соответствии с требованиями изложенным в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», руководства по эксплуатации
(наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости))

Периодичность аттестации

12 месяцев
(месяцев, лет)

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)


И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)

Результаты аттестации:

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон автоматического поддержания температуры в рабочем объеме камеры жарочного шкафа плиты	+ - 15 °С
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме камеры жарочного шкафа плиты	Не более 10 °С

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью

«КП «Агропромэнерго»

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.

*Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.*

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

*Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151*

**Протокол периодической проверки
плиты электрической ЭПК-4МШ
№ 5358**

Дата проведения испытаний: 17.07.2025г.

Заказчик: МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Мельничное Белогорского района
Республики Крым.

Адрес: 297622, Республика Крым, Белогорский район, с.Мельничное,
ул. Подгорная, д 1.

Комиссия в составе: представителя заказчика **Климова Зинаида Васильевна**
Заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко».

Максимчук Михаил Захарович начальник электротехнической лаборатории
ООО «КП «Агропромэнерго».

Белаш Наталья Владимировна специалист энергоаудитор-метролог.

Тхор Иван Геннадьевич энергоаудитор.

Произвели периодическую проверку плиты электрической «ЭПК-4МШ», серийный
№ ИН101360004, 2012 года выпуска, в части создания и поддержания температуры в
рабочем объеме камеры жарочного шкафа плиты и рабочего стола.

Основания для проведения проверки испытаний: требования изложенные в п.VIII.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Климатические условия при проведении испытаний и проверки:

Температура воздуха °С	Влажность %	Атмосферное давление мм.рт.ст
+25	60%	758 мм.рт.ст

**Результаты внешнего осмотра элементов плиты электрической с жарочным
шкафом:** соответствуют требованиям руководства по эксплуатации, каких-либо
повреждений не обнаружено.



**Общество с ограниченной ответственностью
«КП «Агропромэнерго»**

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5;
**Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.**

**Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.**

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

**Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151**

АТТЕСТАТ № 5359

Действителен до: 17.07.2026г.

Дата выдачи: 17.07.2025г.

Удостоверяется, что **Холодильник-морозильник «KRAFT KF-NF310ND»**
(наименование и обозначение испытательного оборудования)

№ 94959501, 2020 года выпуска
(заводской или инвентарный номер)

Принадлежащее **МБДОУ Д/С «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района
Республики Крым, ИНН 9109007924**

(наименование предприятия (организации), подразделения, ИНН)

по результатам первичной (**периодической**, внеочередной) аттестации,
протокол № 5359 от 17.07.2025г.

Признано пригодным для использования

в части создания и поддержания температуры в рабочем объеме камеры
холодильного отделения в диапазоне температур от 0 °С до +10 °С и морозильной
камеры не более -18 °С при хранении пищевых продуктов и кулинарных изделий.

**В соответствии с требованиями изложенным в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», руководства по эксплуатации**

(наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости))

Периодичность аттестации

12 месяцев
(месяцев, лет)

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)

Результаты аттестации:

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон автоматического поддержания температуры в рабочих объемах холодильника-морозильника	$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Неравномерность распределения температуры в рабочих объемах холодильника-морозильника	$\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)



**Общество с ограниченной ответственностью
«КП «Агропромэнерго»**

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.

*Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.*

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

*Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151*

**Протокол периодической проверки
холодильника-морозильника
№ 5359**

Дата проведения испытаний: 17.07.2025г.

Заказчик: МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Мельничное Белогорского района
Республики Крым.

Адрес: 297622, Республика Крым, Белогорский район, с.Мельничное,
ул. Подгорная, д 1.

Комиссия в составе: представителя заказчика **Климова Зинаида Васильевна**
Заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко».

Максимчук Михаил Захарович начальник электротехнической лаборатории
ООО «КП «Агропромэнерго»

Белаш Наталья Владимировна специалист энергоаудитор-метролог

Тхор Иван Геннадьевич энергоаудитор.

Произвели периодическую проверку холодильника-морозильника "KRAFT" KF-NF310
WD, 2020 года выпуска, в части создания и поддержания температуры в рабочем
объеме морозильного отделения и отделения для хранения свежих пищевых
продуктов.

Основания для проведения проверки испытаний: требования изложенные в п.VIII.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Климатические условия при проведении испытаний и проверки:

Температура воздуха °C	Влажность %	Атмосферное давление мм.рт.ст
+25	60%	758 мм.рт.ст

Результаты внешнего осмотра элементов холодильника: соответствуют
требованиям руководства по эксплуатации, каких-либо повреждений не обнаружено.

Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Пределы(диапазоны)измерений	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
Термопара	ДТПК 045	-50-(+400)	23.05.25	23.05.26
Термометр конт.	Testo 905-T1	-50-(+350)	11.06.25	11.06.26

Результаты измерений:

№п.п	Наименование объекта	Норма °С	Результат измерений °С	Вывод(соответств ует/не соответствует
1	Морозильное отделение	Не более -18 °С	-15°С	Соответствует
2	Отделение хранения свежих пищевых продуктов	От 0 °С до +10 °С	+ 2 °С	Соответствует

Измеренные величины проанализированы с учетом погрешностей, погрешность измерений составила +1%

Заключение: измеренные температурные значения холодильника-морозильника «KRAFT» KF-NF 310 WD, 2020 года выпуска, соответствуют требованиям изложенные в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Члены комиссии:

Климова Зинаида Васильевна

Максимчук Михаил Захарович

Белаш Наталья Владимировна

Тхор Иван Геннадьевич





Общество с ограниченной ответственностью
«КП «Агропромэнерго»

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151

АТТЕСТАТ № 5360

Действителен до: 17.07.2026г.

Дата выдачи: 17.07.2025г.

Удостоверяется, что Холодильник-морозильник "POZIS RK-102"
(наименование и обозначение испытательного оборудования)

№ 545AV10050369, 2016 года выпуска
(заводской или инвентарный номер)

Принадлежащее МБДОУ Д/С «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района
Республики Крым, ИНН 9109007924
(наименование предприятия (организации), подразделения, ИНН)

по результатам первичной (периодической, внеочередной) аттестации,
протокол № 5360 от 17.07.2025г.

Признано пригодным для использования

в части создания и поддержания температуры в рабочем объеме камеры
холодильного отделения в диапазоне температур от 0 °С до +10 °С и морозильной
камеры не более - 18 °С при хранении пищевых продуктов и кулинарных изделий.

В соответствии с требованиями изложенным в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», руководства по эксплуатации.

(наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости))

Периодичность аттестации

12 месяцев
(месяцев, лет)

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)

Результаты аттестации:

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон автоматического поддержания температуры в рабочих объемах холодильника-морозильника	+ - 2 °С
Неравномерность распределения температуры в рабочих объемах холодильника-морозильника	+ - 0,5 °С

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью

«КП «Агропромэнерго»

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151

Протокол периодической проверки

Холодильника двухкамерного

№ 5360

Дата проведения испытаний: 17.07.2025г.

Заказчик: МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Мельничное Белогорского района
Республики Крым.

Адрес: 297622, Республика Крым, Белогорский район, с.Мельничное,
ул. Подгорная, д 1.

Комиссия в составе: представителя заказчика **Климова Зинаида Васильевна**
Заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко».

Максимчук Михаил Захарович начальник электротехнической лаборатории
ООО «КП «Агропромэнерго»

Белаш Наталья Владимировна специалист энергоаудитор-метролог.

Тхор Иван Геннадьевич энергоаудитор.

Произвели периодическую проверку холодильника-морозильника "Pozis", заводской
№ 545AV10050369, в части создания и поддержания температуры в рабочем объеме
морозильного отделения и отделения для хранения свежих пищевых продуктов.

Основания для проведения проверки испытаний: требования изложенные в п.VIII.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Климатические условия при проведении испытаний и проверки:

Температура воздуха °С	Влажность %	Атмосферное давление мм.рт.ст
+25	60%	758 мм.рт.ст

Результаты внешнего осмотра элементов холодильника: соответствуют
требованиям руководства по эксплуатации, каких-либо повреждений не обнаружено.

Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Пределы(диапазоны)измерений	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
Термопара	ДТПК 045	-50-(+400)	23.05.25	23.05.26
Термометр конт.	Testo 905-T1	-50-(+350)	11.06.25	11.06.26


Результаты измерений:

№п.п	Наименование объекта	Норма °С	Результат измерений °С	Вывод(соответств ует/не соответствует
1	Морозильное отделение	Не более -18 °С	-16 °С	Соответствует
2	Отделение хранения свежих пищевых продуктов	От 0 °С до +10°С	+4 °С	Соответствует


Измеренные величины проанализированы с учетом погрешностей, погрешность измерений составила +1%

Заключение: измеренные температурные значения холодильника-морозильника "Pozis", № 545AV10050369, соответствуют требованиям изложенные в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Члены комиссии:



Климова Зинаида Васильевна



Максимчук Михаил Захарович



Белаш Наталья Владимировна

Тхор Иван Геннадьевич



**Общество с ограниченной ответственностью
«КП «Агропромэнерго»**

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.

Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г. Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151

АТТЕСТАТ № 5361

Действителен до: 17.07.2026г.

Дата выдачи: 17.07.2025г.

Удостоверяется, что **Холодильник-морозильник "LG Expresscool"**
(наименование и обозначение испытательного оборудования)

№ 803iNZY0073

(заводской или инвентарный номер)

Принадлежащее **МБДОУ Д/С «Солнышко» с.Мельничное Белогорского района Республики Крым, ИНН 9109007924**

(наименование предприятия (организации), подразделения, ИНН)

по результатам первичной (**периодической**, внеочередной) аттестации, протокол № 5361 от 17.07.2025г.

Признано пригодным для использования

в части создания и поддержания температуры в рабочем объеме камеры холодильного отделения в диапазоне температур от 0 °С до +10 °С и морозильной камеры не более -18 °С при хранении пищевых продуктов и кулинарных изделий.

В соответствии с требованиями изложенным в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», руководства по эксплуатации.


(наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости))

Периодичность аттестации

12 месяцев

(месяцев, лет)

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)


И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)

Результаты аттестации:

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон автоматического поддержания температуры в рабочем объеме холодильника-морозильника	+ - 2 °С
Неравномерность распределения температуры в рабочем объеме холодильника-морозильника	+ - 0,5 °С

Специалисты, проводившие аттестацию



Н.В. Белаш
(инициалы, фамилия)

И.Г. Тхор
(инициалы, фамилия)

М.З. Максимчук
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью

«КП «Агропромэнерго»

297200, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Южный, 5.
Лицензия №82-Б/00098 от 13.04.2016г на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.

*Свидетельство о регистрации электролаборатории № 079-2025 от 13.05.2025г.
Зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.*

Срок действия Свидетельства до 13.05.2028г.

*Свидетельство №02-0159-2016-910800052584-Э-151 от 03.11.2016г на осуществление
деятельности в области энергетического обследования СРО-Э-151*

**Протокол периодической
проверки холодильника-морозильника
№ 5361**

Дата проведения испытаний: 17.07.2025г.

Заказчик: МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Мельничное Белогорского района
Республики Крым.

Адрес: 297622, Республика Крым, Белогорский район, с.Мельничное,
ул. Подгорная, д 1.

Комиссия в составе: представителя заказчика Климова Зинаида Васильевна
Заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко».

Максимчук Михаил Захарович начальник электротехнической лаборатории
ООО «КП «Агропромэнерго»

Белаш Наталья Владимировна специалист энергоаудитор-метролог.

Тхор Иван Геннадьевич энергоаудитор.

Произвели периодическую проверку холодильника-морозильника "LG" Expresscool,
серийный № 803iNZY0073, в части создания и поддержания температуры в рабочем
объеме морозильного отделения и отделения для хранения свежих пищевых
продуктов.

Основания для проведения проверки испытаний: требования изложенные в п.VIII.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Климатические условия при проведении испытаний и проверки:

Температура воздуха °С	Влажность %	Атмосферное давление мм.рт.ст
+25	60%	758 мм.рт.ст

Результаты внешнего осмотра элементов холодильника: соответствуют
требованиям руководства по эксплуатации, каких-либо повреждений не обнаружено.

Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Пределы(диапазоны)измерений	Дата последней поверки	Дата очередной поверки
Термопара	ДТПК 045	-50-(+400)	23.05.25	23.05.26
Термометр конт.	Testo 905-T1	-50-(+350)	11.05.25	11.05.26


Результаты измерений:

№п.п	Наименование объекта	Норма °С	Результат измерений °С	Вывод(соответствует/не соответствует)
1	Морозильное отделение	Не более -18 °С	-13°С	Соответствует
2	Отделение хранения свежих пищевых продуктов	От 0 °С до +10 °С	+2 °С	Соответствует

Измеренные величины проанализированы с учетом погрешностей, погрешность измерений составила +1%

Заключение: измеренные температурные значения холодильника-морозильника "LG Expresscool", серийный № 803iNZY0073, соответствуют требованиям изложенные в п.VIII. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», руководства по эксплуатации.

Члены комиссии:



Климова Зинаида Васильевна



Максимчук Михаил Захарович

Белаш Наталья Владимировна

Тхор Иван Геннадьевич